



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ  
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  
ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ

ул. Всесоюзная, 163 «а»,  
г. Ростов-на-Дону, 344033,  
Тел./факс: (863) 238-37-31  
E-mail: dcm-DVAntushev@skzd.rzd.ru

Исполнительному директору АО  
«Зимхлебопродукт»

М.С. Чубову

« 29 » января 2019 г. № 141/51 ск/ин

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Технические условия

Северо-Кавказского центра метрологии на установку вагонных весов согласно  
комиссионного акта выбора места установки вагонных весов от 19.04.2018 г.  
утвержденного Зам.НГ Рыбас О.В. по ст. Зимовники

1. Согласно п. 2.4. «Порядка ведения Реестра средств измерений, испытательного оборудования и методик выполняемых измерений, применяемых в ОАО «РЖД», утвержденного 31.10.2012г. № 333 старшим вице-президентом ОАО «РЖД» В.А. Гапановичем, вагонные весы обязательно должны быть внесены в отраслевой реестр СИ ОАО «РЖД».

2. В соответствии с инструкцией по эксплуатации метрологическому обслуживанию и ремонту вагонных весов № 1706р от 28.08.2012г. необходимо предусмотреть следующее:

2.1 Электропитание для весоповерочного вагона, с подводкой трехфазной, четырехпроводной, кабельной линии, напряжением 380В.

2.2 В случае установки тензометрических весов, имеющих ниши ГПУ, предусмотреть систему водоотведения.

2.3 В обязательном порядке необходимо учитывать требования технической документации завода-изготовителя вагонных весов в части прямолинейности и уклона участка железнодорожного пути

2.4 Помещение, предназначенное для размещения ПТК, входящего в состав оборудования весов, должно соответствовать следующим требованиям:

- не содержать агрессивных сред (кислоты, пыли, повышенной влажности);
- иметь защиту от коммутационных и атмосферных перенапряжений в соответствии с действующими нормами и правилами;
- иметь систему освещения, на месте установки ПТК, определяемыми в технической документации завода-изготовителя.

Главный инженер центра  
Исп. Булгакова Т.А., СКЦМ  
тел. 5-55-40

Д.Г. Морозов