

Утверждаю:
Исполнительный директор
АО "Зимхлебопродукт"
Чубов М.С.

Техническое задание
на приобретение Анализатора зерна infractes TM с модулем натура
АО "Зимхлебопродукт"
(Ростовская область п. Зимовник, ул. Железнодорожная, 99)

№ п/п	Техническое задание	ед.изм.	кол-во
1	Анализатора зерна infractes TM с модулем натура		
1.1	Габариты (ДхШхВ)	мм.	500х570х400
1.2	Масса	кг.	30
1.3	Напряжение	V	220-240V 50-60Гц
1.4	Номинальный ток	A	1,0(110-120V) 0,5(220-240V)
1.5	Спектрометр	тип	сканирующий монохроматор
1.6	Спектральный диапазон	нм	570-1100нм
1.7	Детектор	тип	Кремнеевый
1.8	Оптическое спектральное расширение	нм	7
1.9	Количество точек данных на спектр	шт.	265
1.10	Режим		Коэффициент пропускания
1.11	Источник света	тип	Вольфрамовая галогенная лампа
1.12	Носитель	тип	Флеш-карта, USB-накопитель
1.13	Дисплей	тип	TFT ЖК дисплей с разрешением 640х480
1.14	Время анализа	сек.	50 для 10 суб. Образцов
1.15	Длина пути	мм.	июн.63
1.16	Представление результатов		Выводятся на дисплей автоматически
1.17	Количество суб. Образцов	шт.	от 1 до 20

Главный инженер

А.И. Удовиченко

12.10.2021г.